



# Hospital Municipal Cristo Redentor

## Terra rica /PR

### APARELHO DE RAIOS-X FIXO SHR SH 500F / 600F

#### Especificações Técnicas Detalhadas

- **Fabricante:** SHR
- **Registro ANVISA:** 80383200001
- **Tipo de Equipamento:** Fixo
- **Receptor de Imagem:** Analógico
- **Faixa de Tensão (kV):** 40 a 125 kV
- **Faixa de Corrente (mA):** 50 a 500 mA

#### Componentes Principais

- **Gerador de Alta Tensão:** Projetado para fornecer uma faixa de tensão de 40 a 125 kV, permitindo ajustes precisos conforme o exame a ser realizado.
- **Tubo de Raios X:** Equipado com um tubo de raios X de alto desempenho, adequado para uma variedade de aplicações radiográficas.
- **Mesa Bucky:** Mesa fixa com movimento longitudinal e transversal, facilitando o posicionamento do paciente.
- **Estativa Porta-Tubo:** Permite movimentos verticais e horizontais, garantindo flexibilidade no posicionamento do tubo de raios X.
- **Mural Bucky:** Suporte vertical para exames em pé, como tórax e coluna.

#### Recursos Adicionais

- **Painel de Controle:** Interface intuitiva para seleção de parâmetros de exposição, como kV, mA e tempo de exposição.



# Hospital Municipal Cristo Redentor

## Terra rica /PR

- **Sistemas de Segurança:** Inclui proteções contra sobrecarga e sistemas de intertravamento para garantir a segurança do operador e do paciente.
- **Compatibilidade:** Pode ser integrado a sistemas de digitalização, permitindo a atualização para radiologia digital, se desejado.

### Aplicações Clínicas

O SHR SH 500F é adequado para uma ampla gama de exames radiográficos, incluindo:

- Tórax
- Abdômen
- Extremidades
- Coluna vertebral
- Cabeça e pescoço



# Hospital Municipal Cristo Redentor

Terra rica /PR

